Kett

SCIENCE OF SENSING
測定器のケツトです。

パーレスト
小型精米器

株式会社ケツト科学研究所

小型精米器 パーレスト

玄米、大麦の検査時に、手軽なとう精作業ができます。

休耕田の増加や農薬の使用規制の影響から「カメムシ」による被害粒が各地で大量発生し、大きな問題となっています。また、「ムレ」その他の条件によるヤケ米や胴割米など被害粒、死米、着色粒、胴割米の混入は「米」の商品価値を著しく低下させるものです。この混入状態や被害程度などをすばやく「とう精」して判定するために開発されたのが「パーレスト」です。検査用に抽出した見本の玄米を約３０～４０秒でとう精します。ヌカ切れがよく、仕上がりもきれいなので、被害粒、胴割米、着色粒などの混入程度を検査するのに大変便利です。

仕様	パーレスト
電　　源	AC100V　(50/60Hz)
消費電流	1A
試料質量	約10g
所要時間	玄米10g/30～40秒、大麦10g/180～240秒
寸　　法	95（W）×130（D）×160（H）mm
質　　量	2.0kg
付 属 品	スプーン、ブラシ、筆、ヘラ、電源コード、 大麦とう精部品（かくはん板、やすり円板、金属側板）

●多様な用途
被害粒、着色粒、ヤケ米や胴割米の検査はもちろんのこと、うるち米ともち米の混入程度の検査、大麦の充実度検査や育種用の少量歩留まり検査など、多様な使い方ができます。

●大麦のとう精も可能
とう精板（上下2 枚 1 組）と金属側板を取り付けることによって、大麦のとう精も可能です。

●短いとう精時間
10g の試料を玄米ならば約30～40秒、 大麦の場合でも約180～240秒でとう精します。

■使い方

1. 本体の底面にある周波数切り替えスイッチを、規定の周波数（50Hzまたは60Hz） にセットし、電源コードを交流100V電源に接続します。
2. 試料は付属のスプーンで2杯（約10g）を採り、かくはん板の上に入れます。
3. フタを閉め、電源スイッチを「始動」にすると、とう精が始まります。所要時間は試料の種類、含水率などによって多少異なります。
4. とう精の完了を見計らい、試料取り出しツマミを押すと、内部の試料取り出し窓が開いて、試料受け皿に移ります。音が静かになったら、電源スイッチを「制動」側に入れ、フタを開けて試料受け皿を取り出します。

株式会社ケツト科学研究所

東京本社　東京都大田区南馬込1-8-1 〒143 -8507
TEL(03)3776 -1111 FAX(03)3772 -3001
大阪支店　大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533 -0033
TEL(06)6323 -4581 FAX(06)6323 -4585
札幌営業所　札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063 -0841
TEL(011)611 -9441 FAX(011)631 -9866
仙台営業所　仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980 -0802
TEL(022)215 -6806 FAX(022)215 -6809
名古屋営業所　名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450 -0002
TEL(052)551 -2629 FAX(052)561 -5677
九州営業所　佐賀県鳥栖市布津原町14 -1 布津原ビル 〒841 -0053
TEL(0942)84 -9011 FAX(0942)84 -9012

ご用命は
Innovation focus on the future,search for the world
測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
sokutei-cube.com 測定キューブ 検索
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町6-10 テクノ21ビル 3階
tel:0798-65-6350 fax:0798-65-6351 info@sokutei-cube.com
PRINTED WITH SOY INK
このパンフレットは環境にやさしい「植物性大豆油インキ」、「古紙配合率100%再生紙」を使用しています。

●この商品へのお問い合わせは上記、またはインターネットのメールボックスへお願いいたします。 URL http://www.kett.co.jp/ E-mail sales@kett.co.jp
●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

0706・KA・0301-005K