# JIS突固め試験装置　S-171

**JIS 突固め試験装置 S-171 は、JIS A1210 に準拠していて、土が締め固められるときの乾燥密度と含水比の関係を求めるものです。**

CBR 試験、一軸圧縮試験等のための土の供試体を製作する手段としても利用されます。

| メーカー名 | 西日本試験機 |
|---|---|

## ▶特長

・JIS A1210 に準拠
・CBR 試験、一軸圧縮試験等のための土の供試体を製作する手段としても利用可能

## ▶用途

土が締め固められるときの乾燥密度と含水比の関係を求める際に。CBR 試験、一軸圧縮試験等のための土の供試体の製作にも

## ▶構成品

JIS モールド、ランマー 2.5 kg、JIS モールド用試料抜取器

## ▶仕様

### JISモールド

| | |
|---|---|
| 内　径 | 100φ |
| 内　高 | 127.5mm |
| 構成 | カラー・モールド・底板 |

### ランマー

| | |
|---|---|
| 端面直径 | 50φ |
| 落下重量 | 2.5kg |
| 落　高 | 300mm |
| | 全鋼製三本柱型 |

### 試料抜取器

| | |
|---|---|
| 試料抜取器 | 手動スクリュージャッキ式 |
| | ストローク二段式130mm |
| | モールド上下押さえ型 |
| | 試料上方押出式 |

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10