

PCグラウトフローコーン C-321

PC グラウトの流動性試験器です。



コーンおよび三脚で一式です。
 用途に合わせて
 C-321b:J ロート (公団型) 14φ
 C-321c:JA ロート 8φ
 C-321d:JP ロート 14φ
 C-321f:J14 ロート 14φ
 から1種類を選択して下さい。
 詳細は、仕様にてご確認ください。

メーカー名 西日本試験機

▶ 構成品

フローコーン本体、支持架台、取扱説明書、収納ケース

▶ 仕様

試験用器具	Jロート14	JAロート	JPロート	J14ロート
高さ	395mm	381.1mm	422mm	392mm
上端内径	70mm	100mm	70mm	70mm
下端内径	14mm	8mm	14mm	14mm
容積	約630ml	約1,000ml	約630ml	約630ml
試験方法	JHS 312-1999 「無収縮モルタル品質 管理試験方法」	JSCE-F 531-1999 「PCグラウトの流動性 試験」	JSCE-F 531-1999 「PCグラウトの流動性 試験」	JSCE-F 541-1999 「充てんモルタルの流 動性試験方法」
寸法図				